

機器仕様書

物品名	数量	物品の特質等
自動分注システム	1式	<p>1 規格</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 全軸自動で運転可能であること (2) 既存のクリーンベンチ内へ設置可能なこと (3) SBSプレートを最低4枚設置でき、縦向き・横向きどちらでも使用できること (4) 分注ヘッドは複数種類から選択でき、ワンタッチで交換可能であること (5) 分注ヘッド・チップを交換することで、1ch 0.5～1000μL、12ch 0.5～300μL、8ch 0.5～300μLの分注に対応できること (6) 制御用PC・ソフトはタッチパネル方式を採用し、クリーンベンチへ設置時は外側から操作可能であること (7) 制御用ソフトウェアは日本語表示であること (8) 0.1mm単位でヘッド移動距離および吸引・分注高さを調整可能であること (9) 6本以上のプログラムを連続で運転できること (10) マイクロプレートサイズを加温・冷却可能な小型温調ユニットを装備すること (11) 小型温調ユニットには1.5mlマイクロチューブ用とPCR96用のアルミブロックを付属のこと (12) 分注ヘッド 1ch(1～50μL、10～300μL、10～1000μL)、12ch(1～50μL、10～300μL)を付属のこと (13) CoolRack XT PCR96 0.2ml PCRx96本 グレーを付属のこと (14) 装置本体を粉塵より守れる扉を有するハードケースに収納し、換気用のファンを装備すること (15) 設置調整および取扱説明を実施すること <p>2 納品、その他</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 納品(搬入、据付、稼働調整及び動作確認)期限日は2021年3月31日とする (2) 納入希望品はバイオテック株式会社 コンパクトワークステーションEDR-24LXであるが、納入品は同品または同等品とする <p>納入希望品以外を納入しようとする場合は、事前に本学担当者と協議の上納入品を決定すること</p>