

仕 様 書

1 件 名 圧力センサ購入

2 品名及び形状その他

品名	数量	仕様等
超小型圧力センサ 品番：XCQ-062	1	<基本仕様> ・超小型圧力センサ XCQ-062 <測定レンジ> 5 psi (34.45 kPa) <測定モード> ゲージ <外径、重量> 先端径φ1.7 mm、2 g <動作温度範囲（温度補償範囲）> -55℃～120℃ (25℃～80℃)

※上記仕様を満たす他の製品を納入しようとする場合は、事前に担当者に確認の上、了承を得ること。

- 3 検収受領 本品の納品・受領については、検査員立会いのうえ指定場所に納入し、良好な状態で受領する。
- 4 保証その他 保証期間は、本品検査受領後1か年とする。
ただし、納入者（又は製造者）の責任に属する不良箇所が生じた場合は、本学担当者と連絡のうえ、無料で修理又は良品と取り替えるものとする。
- 5 納入場所 広島市安佐南区大塚東三丁目4番1号
広島市立大学 情報科学部棟 420号室
- 6 納入期限 2024年2月29日（木）
- 7 連絡先 広島市安佐南区大塚東三丁目4番1号
広島市立大学事務局
教務・研究支援室教育研究支援グループ（担当：井上）
電話（082）830-1501
- 8 その他 1) 落札者は、契約締結後、直ちに納入場所の本学教職員に連絡を行い設置・納入等の詳細な調整を行うこと。
2) 本品に関する疑義等が生じた場合は、直ちに担当者と連絡協議のうえ決定すること。
3) 上記発注品の納品は、新品に限る。