

仕 様 書

1 件 名 熱蒸着関連装置の購入

2 品名及び形状その他

品名	数量	仕様等
コールドカソードゲージ	1 式	(1) サンヨー電子(株)製 SVC-700TMSG の真空計取付用ポート (NW25) に設置できること。 (2) サンヨー電子(株)製 SVC-700TMSG と連動して動作させるため、AC100V で使用できること。 (3) 専用の表示器を伴わせること。 (4) 測定範囲は、 10^{-7} Pa～1Pa の範囲を網羅していること。 (5) 物品の運送・搬入を行うこと。 (6) 本体の設置と調整を所定の場所に行うこと。 (7) 本体設置・調整後に教育を行うこと。
水晶振動子式膜厚モニター(水冷タイプ/スペーサーチャンパー付)	1 式	(1) サンヨー電子(株)製 SVC-700TMSG に追加設置できるようになっていること。 (2) センサー部の位置や水冷パイプ長等は、サンヨー電子(株)製 SVC-700TMSG の蒸発源位置/基板設置位置と密接に関係することから、適切な位置関係となっていること。 (3) センサーは、付属のスペーサーチャンパーの ICF フランジを通して取り付けられていること。 (4) 物品の運送・搬入を行うこと。 (5) 本体の設置と調整を所定の場所に行うこと。 (6) 本体設置・調整後に教育を行うこと。

※上記仕様を満たす他の製品を納入しようとする場合は、事前に担当者に確認の上、了承を得ること。

- 3 検収受領 本品の納品・受領については、検査員立会いのうえ指定場所に納入し、良好な状態で受領する。設置設定作業(動作確認、梱包材料引取)を含むこと。
- 4 保証その他 保証期間は、本品検査受領後 1 年間とする。
ただし、納入者（又は製造者）の責任に属する不良箇所が生じた場合は、本学担当者と連絡のうえ、無料で修理又は良品と取り替えるものとする。
- 5 納入場所 広島市安佐南区大塚東三丁目 4 番 1 号
広島市立大学 情報科学部棟 別館 2 0 7 号室
- 6 納入期限 2 0 2 6 年 3 月 2 5 日 (水)
- 7 連 絡 先 広島市安佐南区大塚東三丁目 4 番 1 号
広島市立大学事務局地域共創・研究推進室
電話 (0 8 2) 8 3 0 - 1 7 6 4
- 8 そ の 他 1) 落札者は、契約締結後、直ちに納入場所の本学教職員に連絡を行い設置・納入等の詳細な調整を行うこと。
2) 本品に関する疑義等が生じた場合は、直ちに担当者と連絡協議のうえ決定すること。
3) 上記発注品の納品は、新品に限る。